

SIMULADOR DE RCP ADULTO FEMENINO **CON LUCES DE RETROALIMENTACIÓN**

MARCA: PRESTAN
MODELO: PP-AFM-100M-MS

Maniquí de RCP con monitor de retroalimentación que permite a los estudiantes medir su propia tasa de compresión mientras practican la RCP. El monitor también permite a los instructores guiar a varios estudiantes a la vez.

Inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla, elevación del pecho y puntos de referencia anatómicos
Clicker de compresión
Vías respiratorias desechables

Al agarrar y levantar los ángulos de la mandíbula inferior con ambas manos y presenta al rescatador una vía aérea abierta.
Maniquí adulto solo el torso
Ahora, con aún más comentarios con el monitor de RCP basado en las Pautas de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) para RCP y ECC

INCLUYE

01 torso adulto femenino
10 protectores boca-pulmon
Bolsa de transporte

NO INCLUYE PILAS

MONITOR DE RCP - GUIA

El Monitor de RCP es una herramienta de entrenamiento patentada que viene pre instalada (con baterías incluidas) en el hombro del Maniquí Profesional Adulto Prestan. Se usted ha comprado un Maniquí Profesional Adulto Prestan sin Monitor de RCP y luego decide que desea esta herramienta, puede adquirir e instalar el monitor con posterioridad

El Monitor de RCP del maniquí de entrenamiento Neonato tiene una forma única de monitorizar tanto la profundidad como el ritmo de las compresiones:

Al realizar la primera compresión, se encenderán las cuatro luces en el hombro superior izquierdo del maniquí, lo que indica que las luces funcionan correctamente. (Figura 1)


Figura 1

Si las luces no se encendieran, asegúrese de que la profundidad de la compresión es lo suficientemente profunda (si lo es, oirá un sonido de click). Las luces no se encenderán si las compresiones no se realizan correctamente.

Una vez que el alumno comienza a realizar las compresiones, se apagan las luces amarilla y verdes. De 0 a 60 compresiones por minuto, estará encendida la luz roja. (Figura 2)


Figura 2; <60 cpm

A medida que el alumno aumenta las compresiones por minute y alcanza la frecuencia de 60 por minute, se encenderá una luz amarilla que permanecerá hasta alcanzar las 80 compresiones por minuto. (Figura 3)


Figura 3; 60-80 cpm

Cuando el alumno alcanza las 80 compresiones por minute, se encenderá una primera luz verde que permanecerá encendida hasta llegar a las 100 compresiones por minute. (Figura 4)


Figura 4; 80-100 cpm

Cuando el alumno llega a las 100 compresiones por minute, se enciende la segunda luz verde, indicando que se está realizando la frecuencia de compresiones torácicas recomendadas. (Figura 5)


Figura 5; 100-120 cpm

Si el alumno redujera la frecuencia de las compresiones por debajo de 100 cpm, una de las luces verdes se apagaría. Esto indica que el alumno debe aumentar la frecuencia de las compresiones torácicas.

Si las compresiones exceden las 120 por minute, parpadeará una luz amarilla indicando que se debe reducir la frecuencia de las compresiones (Figura 6)


Figura 6; >120 cpm

Siempre se debe intentar mantener la velocidad recomendada entre 100 y 120 cp indicada por las dos luces verdes.

Si la profundidad de las compresiones no es la correcta, en cualquier momento, se apagarán todas las luces y se encenderá la roja.

Spanish translation complements of
Tecnomed 2000, Madrid, Spain